

コールドスプレー使用後のイオン源の洗浄について

スタッフまたは研究室責任者から直接指導を受けた博士後期課程の学生が行ってください

1. オリフィスを、試料調製に用いた溶媒を含ませたキムワイプでよくぬぐってください。



2. CSI イオン源内部に六角ナットで留まっている経路変更ユニットを取り外し、試料調製に用いた溶媒に浸して超音波洗浄してください。



ピンセット等、必要な工具はレターケースの工具の引き出しに入っています