

AccuTOF CS 使用記録

年月日	研究室名	氏名	分析を始める前に記入して下さい			イオン化法	検出器電圧	分析が終わったら記入して下さい				退室時に確認してください								備考
			使用開始時刻	インターフェース 真空度 [Pa]	分析部真空度 [Pa]			使用終了時刻	累積使用時間 (研究室ごと)	サンプル名	使用溶媒	流路洗浄 (MeOH/H ₂ O=1 /1)	流路洗浄 (MeOH)	洗浄後 バックグラウンド	neblizing gas	drying gas	隔離バルブ	窒素発生装置		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		
			:	× 10 ^(+2程度)	× 10 ^(-5程度)	ESI ・ DART APCI ・ CSI	V	:	h min			洗浄済み	洗浄済み	m/z, 強度	カット確認	カット確認	クローズ確認	OFF確認		

メタノール ・ 窒素ボンベ ・ ヘリウムボンベなど足りなくなっていないですか？ 後の人のために、管理者まで！